



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Νίκαια 17/11/22

ΠΡΟΣ το Γραφείο Προμηθειών
του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΘΕΜΑ: Αίτημα προμήθειας υγειονομικού υλικού.

Ψηφιακό χοληδοχοσκοπείο μιας χρήσης συμβατό με ψηφιακή μονάδα ελέγχου χοληδοχοσκοπησης υψηλότερης ανάλυσης το οποίο να απαιτεί αναλυτή 2,2 έκδοση που αποδίδει σε HDR (High Dynamic Range = Υψηλή ανάλυση εικόνας) . Το ψηφιακό σύστημα να προορίζεται για χρήση σε διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές κατά την διάρκεια ενδοσκοπικών-λαπαροσκοπικών διαδικασιών (χολοκυστεκτομές) στο σύστημα χοληφόρων-παγκρέατος, συμπεριλαμβανομένων των ηπατικών & παγκρεατικών πόρων. Να διαθέτει κατεύθυνση οπτικού πεδίου 0 μοίρες, οπτικό πεδίο 120 μοίρες στον αέρα με ελάχιστο εύρος γωνίωσης 30 μοίρες με την παρελκόμενη συσκευή μέσα στο κανάλι εργασίας. Να διαθέτει δίδυμα κανάλια πλύσης και φωτισμού και κανάλι εργασίας 1,2mm. Να διαθέτει μοχλούς κίνησης με κλείδωμα σε όλες τις κατευθύνσεις, προσαρμογέα θύρας Υ, το συνολικό μήκος του να είναι 65cm και η μέγιστη διάμετρος 10,8Fr.

Απαραίτητο ποιοτικό δείγμα

Ποσότητα: ΕΝΑ (1)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Dr ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΥΒΑΛΑ