



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Νίκαια 17/11/22

ΠΡΟΣ το Γραφείο Προμηθειών
του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΘΕΜΑ: Αίτημα προμήθειας υγειονομικού υλικού.

Ειδικός βρόχος πολυπεκτομής για EMR-ESD-ERCP Να είναι μιας χρήσης και να παραδίδεται αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία. Να είναι προσυναρμολογημένος και να αποτελεί ολοκληρωμένο προϊόν έτοιμο προς χρήση, με καθετήρα, ενσωματωμένη λαβή και βρόχο πολυπεκτομής. Ο καθετήρας του να είναι κατασκευασμένος από διαφανές Teflon, μεατραυματικό στρογγυλεμένο άκρο και διαστάσεις 2,3mm x 220cm. Η εργονομική λαβή χειρισμού 3-ring, να έχει διαβαθμίσεις (με προμετρημένες ενδείξεις) για υπολογισμό ανοίγματος του βρόχου και adaptor για σύνδεση με καλώδια διαθερμίας όλων των οίκων κατασκευής. Ο πολυπεκτόμος να είναι ιδανικός για αφαίρεση πολυπόδων & επίπεδων βλαβών, για εφαρμογή σε κάλυμμα άκρου ενδοσκοπίου για ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή EMR και για απαιτητικές ενδοσκοπικές επεμβατικές τεχνικές ESC & ERCP. Ο ειδικής κατασκευής βρόχος, να έχει εξαιρετική ισχύ έκτασης και να εξασφαλίζει ακρίβεια εκτομής/καυτηριασμού. Επίσης, να επιτυγχάνει τον άριστο περιβροχισμό ακόμα και των πλέον δύσμορφων/δύσκολων πολυπόδων και να διατηρεί αναλλοίωτο το σχήμα του ακόμα και κατά την άσκηση ισχυρής πίεσης. Ο βρόχος να διατίθεται σε σχήμα οβάλ, με μονόκλωνο (monofil) σύρμα, σε διαστάσεις: 10mm - 15mm και 25mm. Ο πολυπεκτόμος να είναι εργονομικός, εύχρηστος, ανθεκτικός και αποτελεσματικός κατά την χρήση.

Απαραίτητο ποιοτικό δείγμα

Ποσότητα: ΠΕΝΗΝΤΑ (50) τεμάχια

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Dr MARIA TZΟΥΒΑΛΑ