

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

#### **A. ΓΕΝΙΚΑ**

Αφορά την επισκευή - συντήρηση (με κάλυψη ανταλλακτικών) και βαθμονόμηση του μηχανήματος : **Μικροσκόπιο χειρουργικό** ..... A.M : .....

Οίκου κατασκευής **LEICA**..... Τύπου : .....

Μοντέλου : **.M530 OHX**..... S/N : **150522001**.....

του τμήματος ή κλινικής : **ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Γ' ΟΡΟΦΟΥ** .....

με πρόβλημα βλάβης : **Αντικατάσταση Λυχνία xenon 400 WATT με ψύκτρα και μετρητή ωρών για το χειρουργικό μικροσκόπιο LEICA που διαθέτει το Τμήμα.**

παρατηρήσεις : **Στην προσφορά να περιλαμβάνεται η τοποθέτησή της και η εγγύηση λειτουργίας καθώς και το έλεγχο και πιστοποίηση καλής λειτουργίας του συστήματος .**

#### **B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να έχει επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις ώστε να έχει πλήρη γνώση της βλάβης του μηχανήματος .
2. Η προσφορά της ανάδοχου εταιρεία θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως την αποκατάσταση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών την διάγνωση και την μεταφορά του μηχανήματος (εάν απαιτείται) .
3. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας για τα μέρη που θα επισκευάζει (τουλάχιστον 6μηνη) .
4. Όλα τα αντίστοιχα ανταλλακτικά να είναι γνήσια και αμεταχείριστα όπως αυτά ορίζονται από τα ενημερωμένα (up to dated) εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
5. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001: 2008, ISO 13485 : 2003 και να διαθέτει βεβαίωση για την τήρηση συστήματος ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004.
6. Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει εμπειρία Νοσοκομειακή σε Συντήρηση – Επισκευή των συγκεκριμένων μηχανημάτων η οποία να αποδεικνύεται με αντίστοιχη βεβαίωση .
7. Να διαθέτει στην Ελλάδα ειδικά εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστικό οίκο προσωπικό με άρτια τεχνική κατάρτιση, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των συγκεκριμένων μηχανημάτων.
8. Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει και να κάνει χρήση όλων των απαραίτητων συσκευών και εξοπλισμού - τα οποία να είναι πιστοποιημένα- που απαιτούνται για τον έλεγχο των μηχ/των συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής ασφάλειας - με εξειδικευμένο εξοπλισμό - σε κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης και όπως ακριβώς απαιτούνται από τον κατασκευαστικό οίκο.
9. Η ανάδοχος εταιρεία μετά από το πέρας της εργασίας θα παραδώσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίου Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ . ΒΙ.Τ.

Ο Δ.Τ.Υ.