

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ Selectomat PL 6612-2FD
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Η συντήρηση και η τεχνική υποστήριξη να περιλαμβάνουν

Την συντήρηση του εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων για αυτήν αναλωσίμων υλικών περιοδικής αντικατάστασης, σύμφωνα με τα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου **MMM Group**.

A) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (2 επισκέψεις ανά έτος)

1. Αντικατάσταση και γρασάρισμα λάστιχου πόρτας (κάθε 6 μήνες)
2. Αντικατάσταση φίλτρου αέρα (κάθε 12 μήνες)
3. Αντικατάσταση/έλεγχος στοιχείων ατμοπαγίδων, 3 γωνιακές (κάθε 12 μήνες)
4. Αντικατάσταση φλαντζών, o-rings όπου είναι απαραίτητο.
5. Καθαρισμός μεταλλικών φίλτρων ακαθαρσιών
6. Καθαρισμός αντεπίστροφων βαλβίδων, όπου είναι απαραίτητο
7. Έλεγχος / ρύθμιση λειτουργίας τερματικών διακοπών πόρτας
8. Έλεγχος / ρύθμιση συμπλέκτη πόρτας
9. Έλεγχος / ρύθμιση βαλβίδας αέρα της αντλίας κενού
10. Έλεγχος λειτουργίας μπάρας ασφαλείας πόρτας - Έλεγχος παροχών ατμού, πεπιεσμένου αέρα, κρύου νερού
11. Έλεγχος λειτουργίας αισθητήρων πίεσης και θερμοκρασίας (εντός ορίων) - Έλεγχος λειτουργίας πνευματικών και ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων
12. Έλεγχος διαρροών σε φλάντζες, ρακόρ, σωληνώσεις κλπ
13. Δοκιμαστικές λειτουργίες στα προγράμματα Vacuum test, Bowie/Dick test, προγράμματα αποστείρωσης.

B) ΚΑΛΥΨΗ ΒΛΑΒΩΝ (απεριόριστες κλήσεις)

1. Επίσκεψη τεχνικού εντός 24ωρου από την κλήση του Νοσοκομείου
2. (εργάσιμες ώρες 08:30-16:30 και εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή).
3. Άμεση διάγνωση της βλάβης.
4. Άμεση επιδιόρθωση αν δεν απαιτείται ανταλλακτικό.
5. Επιδιόρθωση εντός 24-48ωρου αν απαιτείται ανταλλακτικό.
6. Την αποκατάσταση απειριορίστου αριθμού βλαβών και όλων των ανταλλακτικών.

Από τα ανταλλακτικά εξαιρείται η αντλία κενού, διότι επηρεάζεται άμεσα από εξωγενείς παράγοντες όπως ποιότητα/σκληρότητα κρύου νερού, αυξομειώσεις ρεύματος και θερμοκρασίας κρύου νερού.

Γ) Η διάρκεια και ισχύς της παρούσης σύμβασης θα είναι ενός (1) έτους.

Η Μηχανικός
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Ο Δ.Τ.Υ.

ΜΠΕΖΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΣΟΥΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ